

## EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Screentec stänk / vätskebeständig engångs munskydd (typ IIR, inte steril), **Scr MFM02\_CE IIR, 009052041 / Jetty**

1. Tillverkare av munskyddet: Screentec Oy, Konekuja 2, 90620 Oulu, Finland.
2. Screentec Oy garanterar att den EU-förklaring av överensstämmelse har överlamnat enbart på Screentec Oy eget ansvar.
3. Screentec stänk / vätskebeständig engångs munskydd (typ IIR, inte steril), **Scr MFM02\_CE IIR, 009052041 / Jetty** är avsedd för användning av sjukvårdspersonal i forskning och medicinska miljöer. Munskyddet är avsedd för att skydda användaren från luftburna partiklar och patienten från partiklar som inträffas av användarens andetag. Munskyddet är varken personlig skyddsutrustning eller andningsskydd.

Screentec stänk / vätskebeständig engångs munskydd (typ IIR, inte steril), **Scr MFM02\_CE IIR, 009052041 / Jetty** är också avsedd att användas av patienter och andra för att minska spridningen av infektioner.

Produktbild:



4. En medicinsk utrustning risk klassen för munskydd är I.
5. Munskydd presenterad in överensstämmelse är enligt inställning (EU) 2017/745 av Europaparlamentet och Europarådet och påfyller också kraven av europeiska standard EN 14683:2019 + AC:2019. Munskydd är testad enligt standarden i en ackrediterad laboratorio. Resulten av testen är presenterad i rapporten:

SCRE-376580-131020 TECNAL SCR MFM02 IIR PASSED.pdf

6. För Screentec Oy, Verkställande direktör



Antti Tauriainen

Verkställande direktör, Screentec Oy

4.2.2021 Oulu

Datum och plats